

ATLAS-LEXT 和 LCMS-8045 联用检测尿液中酸碱毒品含量

LCMSMS-428

摘要： 本文利用 ATLAS-LEXT 和 LCMS-8045 联用，建立了尿液中 3 种常见酸碱性毒品的分析方法。该方法最大特点为利用 ATLAS-LEXT 自定义编程功能，实现酸碱性毒品双步提取，大大简化前处理流程。同时实验结果表明：该方法线性良好；对高、中、低水平的标准溶液重复进样 6 针，保留时间和峰面积重复性良好。加标回收实验中，各物质回收率在 69.1~ 113.9% 之间，平行 3 份样品的峰面积 RSD 值分别在 0.40 ~ 5.94% 之间，表明 ATLAS-LEXT 回收及精密度良好。该方法为尿液中毒品的检测提供很好的参考。

关键词： ATLAS-LEXT LCMS-8045 酸碱毒品 尿液

近些年来，毒品泛滥日益成为受关注的社会问题，由涉毒活动带来的各种违法犯罪活动使得公安系统对于贩毒吸毒的打击越发严格。其中，尿液、汗液、唾液及毛发等生物样品中的毒物药物检测是确认是否涉毒等案件的重要依据。由于这类样品的基质均比较复杂，因此在分析前通常需要对样品进行前处理。常见的前处理方法有固相萃取、固相微萃取、液-液萃取等，这些方法通常较为繁琐，耗时耗力。

岛津公司 ATLAS-LEXT 自动前处理装置可以对唾

液、尿液、血液等样品中的违禁药物自动进行液-液萃取，复溶后可进行液质联用分析或气质联用分析，自动化程度高，可节省大量时间，提高效率。同时 ATLAS-LEXT 可根据前处理需要进行自定义编程，从而完美实现复杂前处理步骤，包括多次萃取，酸碱萃取等。

本文利用岛津 ATLAS-LEXT 和三重四极杆质谱仪 LCMS-8045 联用，通过 ATLAS-LEXT 编程功能，建立尿液中常见酸碱性毒品的检测方法，供相关人员参考。

■ 实验部分

1.1 仪器

本实验使用岛津全自动样品前处理仪 ATLAS-LEXT 和 LCMS-8045 三重四极杆液质联用仪。具体配置为 LC-30AD×2 输液泵，DGU-20A5 在线脱气机，SIL-30AC 自动进样器，CTO-20AC 柱温箱，CBM-20A 系统控制器，LCMS-8045 三重四极杆质谱仪，LabSolutions Ver. 5.97 色谱工作站。

1.2 分析条件

液相色谱条件：

色谱柱：InertSustain AQ-C18 (2.1 mm I.D. × 100 mm L., 1.9 μm)

流动相：A 相 -0.1% 甲酸水 B 相 - 乙腈

流速：0.3 mL/min

柱温：40°C

进样量：2 μL

洗脱方式：梯度洗脱，B 相初始浓度为 25%，时间程序见表 1。

表 1. 梯度洗脱时间程序

Time(min)	Module	Command	Value
2.0	泵	B.Conc	85
4.5	泵	B.Conc	95
5.0	泵	B.Conc	95
5.1	泵	B.Conc	25
7.5	控制器	Stop	

LCMS-8045 质谱条件:

离子源	: ESI (+)	加热气流速	: 10 L/min
雾化气流速	: 3 L/min	加热模块温度	: 400°C
DL 温度	: 250°C	扫描模式	: 多反应监测 (MRM)
接口温度	: 300°C	干燥气流速	: 10 L/min
MRM 参数	: 见表 2		

表 2. MRM 参数

No.	名称	前体离子	产物离子	Q1 Pre Bias(V)	CE(V)	Q3 Pre Bias(V)
1	甲基苯丙胺	150.00	91.10*	-11	-13	-18
			119.20	-11	-15	-23
2	氯胺酮	238.10	125.05*	-28	-20	-21
			207.10	-28	-20	-21
3	四氢大麻酸	343.05	299.20*	-10	-20	-21
			245.15	-25	-28	-26

注: * 表示定量离子

1.3 标准溶液的配置

取浓度为 1.0 mg/L 对照品混合溶液, 以 ATLAS-LEXT 处理的尿液空白基质作为稀释溶剂, 依次配制成 2、5、8、10、20、50、100 µg/L 的系列浓度, 待上机分析。

1.4 样品前处理方法

在样品管中加入 1.0 mL 的尿液, 采用 ATLAS 自定义程序进行液液萃取。萃取流程: 向样品中依次加入 0.1 mL 的 1 mol/L NaOH 溶液、0.25mL 的饱和氯化钠溶液、2 mL 的乙酸乙酯, 震荡离心后进行乳化检测, 之后取 1.5 mL 上清液到干净样品管中, 随后在萃取后的样品中再加入 0.25 mL 的 1 mol/L 盐酸溶液、1.5 mL 的乙酸乙酯再次进行萃取, 震荡离心后进行乳化检测。之后取 1.5 mL 上清液合并到干净样品管中。干燥完成后加入 1 mL 的 50% 甲醇水溶液复溶, 0.22 µm 滤膜过滤上机分析。




图 1. ATLAS-LEXT 样品处理流程图

■ 结果与讨论

2.1 标准品 MRM 色谱图




图 2. 毒品标准品 MRM 色谱图 (2 µg/L)

2.2 线性范围

按照 1.3 配制各浓度标准溶液，以各目标物浓度为横坐标，目标物峰面积为纵坐标，以外标法绘制标准曲线，所得校准曲线线性关系良好，线性相关系数大于 0.999，准确度在 86.1~ 105.1% 之间。曲线结果如下图所示 3 所示。线性方程及相关系数见表 3。




图 3. 毒品标准曲线

表 3. 校准曲线参数 (1/C)

序号	名称	校准曲线	相关系数 r	精确度	检测限 (µg/L)	定量限 (µg/L)
1	甲基苯丙胺	Y = (212647.9)X + (41148.37)	0.9995	91.8-105.0	0.01	0.04
2	氯胺酮	Y = (309845.9)X + (26718.52)	0.9998	96.3-103.0	0.01	0.04
3	四氢大麻酸	Y = (35793.21)X + (16114.54)	0.9996	86.1-105.1	1.15	3.48

2.3 重复性考察

按照 1.3 步骤配制低、中、高三个浓度标准溶液，连续进样 6 次，考察分析方法保留时间和峰面积的重复性。结果表明：3 种毒品保留时间的 RSD 均小于 1.0% 和峰面积的 RSD 均小于 3%，方法重复性良好，仪器精密度良好。结果见表 4。

2.4 加标回收实验

取尿样，按照 1.4 步骤中制备样品和加标样品，三个水平加标浓度如下表 5 所示，各样品平行测定 3 次。测试结果显示：通过酸碱两步提取，各水平的加标回收率在 69.1 ~ 113.9% 之间，相对标准偏差在 0.40 ~ 5.94% 之间。

表 4. 重复性测试 (n=6)

样品名称	RSD% (5 µg/L)		RSD% (10 µg/L)		RSD% (50 µg/L)	
	R.T.	Area	R.T.	Area	R.T.	Area
甲基苯丙胺	0.13	1.41	0.15	0.71	0.34	2.91
氯胺酮	0.23	1.56	0.23	0.72	0.54	0.23
四氢大麻酸	0.14	1.09	0.08	1.56	0.08	0.59

表 5. 基质加标实验结果 (n=3)

名称	样品浓度 (µg/L)	加标 (5 µg/L)		加标 (10 µg/L)		加标 (20 µg/L)	
		回收率 %	RSD %	回收率 %	RSD %	回收率 %	RSD %
甲基苯丙胺	ND	102.4	5.94	112.1	0.57	113.9	0.46
氯胺酮	ND	91.0	0.74	92.6	0.51	93.7	0.40
四氢大麻酸	ND	69.1	2.26	77.1	0.65	77.4	5.53




图 4. 加标回收实验色谱图 (5 µg/L)

■ 结论

本文利用岛津 ATLAS-LEXT 自定义前处理程序功能 - 酸碱双步萃取, 同 LCMS-8045 联用, 建立一种简便、快速、准确的尿液中 3 种毒品的分析方法。该方法采用外标法定量, 在 2-100 $\mu\text{g/L}$ 的范围内, 各组分线性相关系数均在 0.999 以上, 线性良好。对高、中、低水平的标准溶液重复进样 6 针, 保留时间和峰面积均表现出了良好的重复性。加标回收实验中, 各物质回收率在 69.1 ~ 113.9% 之间, 平行 3 份样品的峰面积 RSD 值分别在 0.40 ~ 5.94% 之间, ATLAS-LEXT 回收及精密度良好。该方法操作简捷, 可实现酸碱毒品的同步处理和分析, 为尿液中毒品的检测提供很好的参考。

岛津应用云

